



**MARTINO
& ACCETTA**
STRUMENTI DI MISURA DIMENSIONALE | SINCE 1980

MARTINO & ACCETTA SAS

Via M. Buonarroti 177 – 20900 Monza (MB)

Tel. 039 746847 – Fax. 039 5251629

E-mail: martinoeaccettasas@tiscali.it

www.martinoeaccetta.it

p.iva 00794470963

c.f. 04892120157



MACCHINA DI MISURA

A

COORDINATE

RAPPORTO DI VERIFICA

N° 15 / 21

(secondo norma VDI/VDE 2617)



VERIFICA D'ACCETTAZIONE



VERIFICA PERIODICA

CLIENTE	SIME SRL	DATA	Giugno '21
MODELLO	EURO C-7106	N° SERIE	0139610C

Il presente rapporto è composto da n. 08 pagine (copertina inclusa) più n. 11 allegati.



**MARTINO
& ACCETTA**
STRUMENTI DI MISURA DIMENSIONALE | SINCE 1980

MARTINO & ACCETTA SAS

Via M. Buonarroti 177 – 20900 Monza (MB)
Tel. 039 746847 – Fax. 039 5251629
E-mail: martinoeaccettasas@tiscali.it
www.martinoeaccetta.it
p.iva 00794470963
c.f. 04892120157



ClienteSI.ME. SRL.....
Indirizzo : ... STRADA PER MAGGIANA 22..... CittàMANDELLO LARIO – LC -.....
Telefono @
Resp. C.llo Q.tà: Sig.. ...Enrico Simoni..... Operatore : Sig.

CARATTERISTICHE MACCHINA

Macchina Mitutoyo ...EURO C-7106..... Matricola0139610C.....
Unità di controllo ...UC-200..... Matricola//.....
Interfaccia//..... Matricola//.....
Testa RenishawPH-9..... MatricolaL29369.....
Sonda tastatriceTP-200..... MatricolaR88909.....
Controller testa//..... Matricola//.....
Rack cambio utensili//..... Matricola//.....
Controller Rack//..... Matricola//.....
ComputerDELL 5810..... Matricola//.....
MonitorDELL..... Matricola//.....
Stampante//..... Matricola//.....
Sistema operativo ...WIN 10..... Matricola//.....
Software usatoCOSMOS 4,1..... Matricola//.....

Data ...Giugno 2021.....

Firma del tecnico

Alfonso U.

.....

Firma Cliente



**MARTINO
& ACCETTA**
STRUMENTI DI MISURA DIMENSIONALE | SINCE 1980

MARTINO & ACCETTA SAS

Via M. Buonarroti 177 – 20900 Monza (MB)

Tel. 039 746847 – Fax. 039 5251629

E-mail: martinoeaccettasas@tiscali.it

www.martinoeaccetta.it

p.iva 00794470963

c.f. 04892120157



Errore massimo ammesso per misure per l'asse X: $U1 = (3,0 + 3,0 L/1000) \mu\text{m}$

La presente tabella riporta gli errori di misura.

Lunghezza	1/10 L	1/5 L	2/5 L	3/5 L	4/5 L
mm	70	150	290	430	570
1^Rip μm	0,8	0,8	1,3	0,6	-1,8
2^Rip μm	-0,2	-0,2	0,3	-0,9	-2,8
3^Rip μm	-0,7	-0,8	-0,2	-1,4	-2,8
4^Rip μm	-0,2	-0,2	0,8	-0,9	-2,8
5^Rip μm	-0,2	-0,7	0,8	-0,4	-2,8

Temperatura ambiente:.. 21°C +/-°

Data.....Giugno 2021.....

Firma del tecnico

.....

3

Firma del cliente.....



**MARTINO
& ACCETTA**
STRUMENTI DI MISURA DIMENSIONALE | SINCE 1980

MARTINO & ACCETTA SAS

Via M. Buonarroti 177 – 20900 Monza (MB)

Tel. 039 746847 – Fax. 039 5251629

E-mail: martinoeaccettasas@tiscali.it

www.martinoeaccetta.it

p.iva 00794470963

c.f. 04892120157



Errore massimo ammesso per misure per l'asse Y: $U1 = (3,0 + 3,0 L/1000) \mu\text{m}$

La presente tabella riporta gli errori di misura.

Lunghezza	1/10 L	1/5 L	2/5 L	3/5 L	4/5 L
mm	110	210	410	610	810
1^Rip μm	-0,1	-0,1	0,5	-1,4	-3,3
2^Rip μm	-0,1	-0,1	0,5	-1,4	-2,6
3^Rip μm	-0,1	-0,1	0,5	-1,9	-2,6
4^Rip μm	-0,6	-0,6	0,5	-1,0	-2,6
5^Rip μm	1,1	1,1	0,5	0,9	-1,8

Temperatura ambiente: ...21°C +/-°

Data.....Giugno 2021.....

Firma del tecnico

.....

Firma del cliente.....



**MARTINO
& ACCETTA**
STRUMENTI DI MISURA DIMENSIONALE | SINCE 1980

MARTINO & ACCETTA SAS

Via M. Buonarroti 177 – 20900 Monza (MB)

Tel. 039 746847 – Fax. 039 5251629

E-mail: martinoeaccettasas@tiscali.it

www.martinoeaccetta.it

p.iva 00794470963

c.f. 04892120157



Errore massimo ammesso per misure per l'asse Z: $U1 = (3,0 + 3,0 L/1000) \mu\text{m}$
La presente tabella riporta gli errori di misura.

Lunghezza	1/10 L	1/5 L	2/5 L	3/5 L	4/5 L
mm	70	130	250	370	490
1^Rip μm	-0,7	-0,6	-0,5	-0,3	1,2
2^Rip μm	-0,7	-1,1	-0,5	0,3	0,7
3^Rip μm	-0,7	-0,6	-0,5	0,3	1,2
4^Rip μm	-0,7	-0,6	-0,5	0,8	1,2
5^Rip μm	-0,7	-0,6	-0,5	0,8	1,2

Temperatura ambiente: ...20° C +/-°

Data.....Giugno 2021.....

Firma del tecnico ...

.....

5

Firma del cliente.....



**MARTINO
& ACCETTA**
STRUMENTI DI MISURA DIMENSIONALE | SINCE 1980

MARTINO & ACCETTA SAS

Via M. Buonarroti 177 – 20900 Monza (MB)

Tel. 039 746847 – Fax. 039 5251629

E-mail: martinoeaccettasas@tiscali.it

www.martinoeaccetta.it

p.iva 00794470963

c.f. 04892120157



Errore massimo ammesso per misure nel volume: $U3 = (3,0 + 4,0 \text{ L}/1000) \mu\text{m}$

La presente tabella riporta gli errori di misura.

Lunghezza	1/10 L	1/5 L	2/5 L	3/5 L	4/5 L
mm	110	210	410	610	810
1^Rip μm	0,1	0,0	-0,3	-0,9	-1,0
2^Rip μm	0,0	-0,1	-1,0	-2,0	-1,0
3^Rip μm	-0,6	-0,3	-1,0	-2,4	-0,5
4^Rip μm	0,0	0,2	-1,0	-2,0	-0,5
5^Rip μm	-0,3	0,2	-0,7	-2,0	-1,0

Temperatura ambiente: ...21° C +/-°

Data.....Giugno 2021.....

Firma del tecnico

.....

Firma del cliente.....



**MARTINO
& ACCETTA**
STRUMENTI DI MISURA DIMENSIONALE | SINCE 1980

MARTINO & ACCETTA SAS

Via M. Buonarroti 177 – 20900 Monza (MB)
Tel. 039 746847 – Fax. 039 5251629
E-mail: martinoeaccettasas@tiscali.it
www.martinoeaccetta.it
p.iva 00794470963
c.f. 04892120157



CON IL PRESENTE RAPPORTO DI VERIFICA SI ATTESTA CHE, IN BASE AI RISULTATI OTTENUTI, LA MACCHINA DI MISURA A COORDINATE

- E' CONFORME NON E' CONFORME

ALLE NORME VDI/VDE 2617 ED ALLE SPECIFICHE TECNICHE INTERNE
A CAUSA TEMPERATURA NON CONTROLLATA (AMBIENTE °C)

- E' CONFORME COME DA INDICAZIONE DEL CLIENTE.

Macchina :EURO C-7106.....

Numero di serie :0139610C.....

DataGiugno 2021.....

Firma del tecnico

.....

Firma del cliente

7



**MARTINO
& ACCETTA**
STRUMENTI DI MISURA DIMENSIONALE | SINCE 1980

MARTINO & ACCETTA SAS

Via M. Buonarroti 177 – 20900 Monza (MB)
Tel. 039 746847 – Fax. 039 5251629
E-mail: martinoeaccettasas@tiscali.it
www.martinoeaccetta.it
p.iva 00794470963
c.f. 04892120157



Attrezzatura usata per la taratura della macchina :

■ Calibro a passi (Check-Master)

Costruttore : Mitutoyo Certificato Accredia n° : CT133-STP00232020
Articolo: 515-723 Data 23/09/2020.....
N° serie : 2 1 0 1 3 5 Centro LAT n. 133

■ Calibro a passi (Check-Master)

Costruttore : Mitutoyo..... Certificato Accredia n° : CT133-STP00022021
Articolo: ..515-722 Data 12/01/2021.....
N° serie : 1 1 0 1 2 7 Centro LAT n. 133.....


□ Blocchetti piano paralleli

Costruttore : Certificato Accredia n° :
Articolo : Data
N° serie : vedi certificato..... Centro LAT n.

□ Blocchetti piano paralleli

Costruttore : Certificato Accredia n° :
Articolo : Data
N° serie : vedi certificato..... Centro LAT n.

DataGiugno 2021.....

Firma del tecnico . 

Firma del cliente